

基準範囲・パニック値

1.生化学・免疫の基準範囲とパニック値

2022年12月1日現在

再検基準・パニック報告値								
生化学			再検基準(前回値無し)		パニック報告値		測定上限	備考
項目名	単位	基準範囲(男)	下限	上限	低値	高値		
TP	g/dL	6.6～8.1	5.0	9.0	<4.0	>10.0	15	小児科のみ報告
ALB	g/dL	4.1～5.1	2.0			>10.0		小児科のみ報告
T-Bil	mg/dL	0.4～1.5		2.5		>20.0	40	
ALP	U/L	38～113		500		>1500	2000	小児科のみ報告
AST	U/L	13～30		100		>1000	1600	
ALT	U/L	10～42		100		>1000	1600	
ALT(F)	U/L	7～23						
LDH	U/L	124～222		400		>1000	1300	
CK	U/L	59～248		350		>5000	3000	新生児を除く
CK(F)	U/L	41～153						
CK-MB	IU/L	25以下					2500	注意:CK-MB>CK
AMY	U/L	44～132		250		>900	2000	小児科のみ報告
LIPA	IU/L	7～60		200		500	600	
UA	mg/dL	3.7～7.8		10			50	
UA(F)	mg/dL	2.6～5.5						
BUN	mg/dL	8～20		40		>100	120	
CRE	mg/dL	0.65～1.07		2.0		>7.0	150	
CRE(F)	mg/dL	0.46～0.79						
eGFRcr								
Na	mmol/L	138～145	130	150	<120	>160		
K	mmol/L	3.6～4.8	3.0	5.5	<2.5	>6.5		
Cl	mmol/L	101～108	85	112	<75	>130		
Ca	mg/dL	8.8～10.1	8.0	11.00	<6.0	>12.0	20	
IP	mg/dL	2.7～4.6	2.0	6.00	<1.0	>9.0		
Mg	mg/dL	1.6～2.1	1.0	3.0	<1.0	>9.0		
アンモニア	μg/dL	70以下				>150		小児科のみ報告
Glu(血清)	mg/dL	73～109	50	180	<50	>500	1000	
CRP	mg/dL	0.00～0.14		10.0		>20.0	40	小児科のみ報告
T-BI(小)	mg/dL						0.00～30.0	
U-BI(小)	μg/dL						0.08～3.00	
BNP	pg/mL	18.4以下						
TP抗体定量	T.U	10.0未満						
HBs抗原 定量	COI	0.9未満						
HBs抗体 定量	mIU/mL	10.00未満						
HCV抗体 定量	COI	0.9未満						
HIV抗体 定量	COI	1.00未満				陽性		
トロポニンT	ng/ml	0.1未満				>0.100		
PCT	ng/ml	0.5未満				>2.0		

※μ TPの測定上限は500mg/dl